

## 製品規格

品名: 塩化アンモニウム

別名:

規格: 特級

容量: 20kg

規格番号: 7-068

制定記号: AGM07

製品コード: 01005819

林純薬工業株式会社

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

No.	試験項目	(単位)	規格値	試験方法
1	外観(形状)	-	結晶性粉末又は塊状	JIS K8116-2006による
2	外観(色相)	-	白色	
3	含量(NH <sub>4</sub> Cl)	%	99.5 以上	
4	水溶状	-	澄明	
5	強熱残分(硫酸塩)	%	0.01 以下	
6	pH(50g/L,25℃)	-	4.5 ~ 5.5	
7	硝酸塩	-	青を保つ(NO <sub>3</sub> :0.003%以下)	
8	りん酸塩(PO <sub>4</sub> )	ppm	2 以下	
9	硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	%	0.001 以下	
10	カルシウム(Ca)	%	0.001 以下	
11	銅(Cu)	ppm	2 以下	
12	鉄(Fe)	ppm	2 以下	
13	カリウム(K)	%	0.005 以下	
14	マグネシウム(Mg)	ppm	5 以下	
15	ナトリウム(Na)	%	0.005 以下	
16	鉛(Pb)	ppm	2 以下	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

備考

規格内容は、JIS規格(公定規格)の改訂等に伴い、予告なく変更する場合があります。