

## 製品規格

品名: 過酸化水素(35%)

別名: 過酸化水素水(35%)

規格: 特級

容量: 20kg

規格番号: か-007-02

制定記号: BGI08

製品コード: 08000949

林純薬工業株式会社

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

No.	試験項目	(単位)	規格値	試験方法
1	外観(形状)	-	液体	JIS K8230-2016による
2	外観(色相)	-	無色	
3	含量(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	%	30.0 ~ 35.5	
4	蒸発残分	%	0.005 以下	
5	酸(H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> として)	%	0.003 以下	
6	塩化物(Cl)	ppm	3 以下	
7	りん酸塩(PO <sub>4</sub> )	ppm	3 以下	
8	硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	ppm	5 以下	
9	窒素化合物(Nとして)	ppm	2 以下	
10	銅(Cu)	ppm	0.1 以下	
11	鉄(Fe)	ppm	0.2 以下	
12	鉛(Pb)	ppm	0.2 以下	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

備考

規格内容は、JIS規格(公定規格)の改訂等に伴い、予告なく変更する場合があります。