

製品規格

品名: 蒸留水

別名:

規格: GR

容量: 500mL

規格番号: サ-247-ST

制定記号: CAF25

製品コード: 23000015

林純薬工業株式会社

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

No.	試験項目	(単位)	規格値	試験方法
1	外観(形状)	-	液体	目視法
2	外観(色相)	-	無色透明	目視法
3	酸又はアルカリ	-	本品20mL+メチルレッド試液0.1mL →液は黄色～橙色を呈する 本品20mL+プロモチモールブルー試液 0.05mL	比色法
4	塩化物	-	液は変化しない	比濁法
5	硫酸塩	-	液は変化しない	比濁法
6	硝酸性窒素	-	液は黄色を呈しない	比色法
7	亜硝酸性窒素	-	液は微赤色を呈しない	比色法
8	アンモニウム	mg/L	0.05 以下	比色法
9	重金属	-	液は変化しない	比色法
10	過マンガン酸カリウム還元性物質	-	液の赤色は消えない	比色法
11	蒸発残留物(105℃,1時間)	mg	1.0 以下	重量法
12	電気伝導率(25℃)	μS/cm	2 以下	電気伝導率測定法
13	有機体炭素(TOC)	mg/L	0.2 以下※	全有機体炭素計法
14	一般細菌	-	検出されないこと※	標準寒天培地法
15	大腸菌群	-	検出されないこと※	デシコロレート寒天培地法
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

備考

※ 蒸留直後（容器充填前）の保証規格になります。