

製品規格

規格番号 : サ-247-ST
 制定記号 : CAF25
 製品コード : 23001009

製品名 : 蒸留水

(別名 :)
 規格 : G R
 容量 : 10L
 分類 : -

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

林 純薬工業株式会社

No.	試験項目	(単位)	規格値	試験方法
1	外観 (形状)	-	液体	目視法
2	(色相)	-	無色透明	目視法
3	酸又はアルカリ	-	本品20mL+メチルレッド試液0.1mL →液は黄色～橙色を呈する 本品20mL+フロチモールブルー試液0.05mL →液は青色を呈しない	比色法
4	塩化物	-	液は変化しない	比濁法
5	硫酸塩	-	液は変化しない	比濁法
6	硝酸性窒素	-	液は黄色を呈しない	比色法
7	亜硝酸性窒素	-	液は微赤色を呈しない	比色法
8	アンモニウム	mg/L	0.05 以下	比色法
9	重金属	-	液は変化しない	比色法
10	過マンガン酸カリウム還元性物質	-	液の赤色は消えない	比色法
11	蒸発残留物(105°C, 1時間)	mg	1.0 以下	重量法
12	電気伝導率(25°C)	μ S/cm	2 以下	電気伝導率計法
13				
14	有機体炭素(TOC)	mg/L	0.2 以下※	全有機体炭素計法
15	一般細菌	-	検出されないこと※	標準寒天培地法
16	大腸菌群	-	検出されないこと※	デソキシコレート寒天培地法
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

備考 ※ 蒸留直後 (容器充填前) の保証規格になります。