

製品規格

品名: 蒸留水

別名:

規格: LC

容量: 20L

規格番号: LC-012

制定記号: CDF18

製品コード: 33001949

林純薬工業株式会社

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

No.	試験項目	(単位)	規格値	試験方法
1	外観(形状)	-	液体	目視法
2	外観(色相)	-	無色透明	目視法
3	屈折率n ₂₀ /d	-	1.332 ~ 1.334	屈折計法
4	吸光度(d:1cm,対照:水)	-	-	-
5	210nm	-	0.03 以下	紫外線吸光光度分析法
6	254nm	-	0.02 以下	紫外線吸光光度分析法
7	280 ~ 400nm	-	0.01 以下	紫外線吸光光度分析法
8	不揮発物	ppm	5 以下	重量法
9	過マンガン酸還元性物質	-	10分間紅色を保つ(0として:0.8ppm以下)	比色法
10	有機体炭素(TOC)	mg/L	0.2 以下*	全有機体炭素計法
11	一般細菌	-	検出されないこと*	標準寒天培地法
12	大腸菌群	-	検出されないこと*	デソキシコレート寒天培地法
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

備考

*蒸留直後(容器充填前)の保証規格になります。