

製 品 規 格

規格番号 : DK-006
 制定記号 : BIF17
 製品コード : 44006645

製品名 : NPW用スパン校正液No. 6
 (全窒素 : 0~2mg/L 全りん : 0~20mg/L)
 (別 名 :)
 規 格 : E P
 容 量 : 5 0 0 m L
 分 類 : -

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

林 純薬工業株式会社

No.	試 験 項 目	(単位)	規 格 値	試 験 方 法
1	外 観 (形 状)	-	液 体	目視法
2	(色 相)	-	無 色	目視法
3	全窒素	mg/L	1. 8 ~ 2. 2	イオンクロマトグラフィー法
4	全りん	mg/L	1 9. 0 ~ 2 1. 0	イオンクロマトグラフィー法
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

備考 T/Dコード 143D466