

製品規格

品名: むれ張力試験用混合液 No.44.0

別名: むれ張力 : 44.0mN/m

規格: むれ張力試験用

容量: 50mL

規格番号: WT-18

制定記号: CED18

製品コード: 44032983

林純薬工業株式会社

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-12

No.	試験項目	(単位)	規格値	試験方法
1	外観(形状)	-	液体	目視法
2	外観(色相)	-	青～緑色	目視法
3	表面張力(23℃)	mN/m	43.7～44.3	表面張力測定法
4	吸光度(1→100, λmax)	-	0.30以下	吸光光度分析法
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

備考